



ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.07.12.01
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.07.05.01

Onde se lê:

12.4.6. Declaração de que dispõe de analisador de segurança elétrica para garantir a segurança dos serviços a serem executados e eliminação de riscos para os pacientes. Anexar cópia do certificado de calibração do analisador de segurança elétrico em nome do licitante. A comprovação e aceitação poderão ser aferidas e acatadas pela Coordenação de Saúde Bucal do Município de Forquilha, após o certame, afim de emissão de parecer técnico de aceitação da proposta.

Leia-se:

12.4.6. Declaração de que dispõe de um profissional com certificação de analisador de segurança elétrica para garantir a segurança dos serviços a serem executados e eliminação de riscos para os pacientes.

Forquilha-CE, 20 de Julho de 2017.

Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Benedito Lusinete Siqueira Loiola
Pregoeiro Oficial