




P R E F E I T U R A D E
FORQUILHA
UMA CIDADE PARA TODOS



FICHA(S) TÉCNICA(S)

(IMPRESSO DO SITE)

LICITANTE(S) - PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
CNPJ Nº 07.673.106/0001-03 | CGF Nº 06.920191-9

Paço Municipal Deputado Cesário Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério, 481
Fone: (88) 3619-1167 | E-mail: administracao@forquilha.ce.gov.br | Site www.forquilha.ce.gov.br



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 6

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca wiener

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 34.500,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -


Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	34.500,000000	34.500,000000	wiener

SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFER	SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.
--	--



Valor Total do Lance Inicial	R\$ 34.500,00	Valor Total do Lance Final
	R\$ 34.500,00	

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento
1	FICHA TÉCNICA.pdf 

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE.
SETOR DE LICITAÇÕES
Att. Sr.(a) Pregoeiro(a)
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme pianilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de analisador hematológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.


Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Item	Especificação	Marca	Unid.	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total
1	ANALISADOR HEMATOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 19 PARÂMETROS, TELA TOUCH SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.	WIENER	Unid.	01	R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)	R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO – COUNTER 19

- Software e manuais de operação em português. Interface amigável de compreensão intuitiva.
- Reativos livres de cianureto para maior segurança ao operador e ao meio ambiente.
- 41 mensagens de alarme para um trabalho seguro.
- Sistema auto-limpante para eliminar tarefas de manutenção.
- Capacidade de integração a uma rede de informação no laboratório (LIS).
- Possibilidade de trabalho com amostras pré-diluídas.
- Capacidade de processamento: 60 amostras/hora
- Programas de controle de qualidade incluindo análise L-J, X-B, X y X-R.
- Calibração automática.
- Permite arquivar até 35.000 resultados de pacientes com seus histogramas.
- Diferentes modos de revisão de resultados.
- Diferentes formatos de impressão de resultados.
- Processamento de amostras a partir de tubos.
- Diferencia a população leucocitária em 3 grupos, Neutrófilos,



Linfócitos e Células médias (eosinófilos, basófilos e monócitos) – Total de 19 parâmetros – 3 histogramas.

- Limpeza automática da agulha de aspiração de amostras.
- Impressora térmica incorporada. Opção para impressora externa.
- Leitor de código de barras para amostras (opcional)
- Tela colorida LCD de 25,9 cm com resolução 800x600px.
- Desenho compacto com inclinação de tela para melhor visualização.
- Velocidade: 60 amostras por hora.

Nome Comercial: Analisador Hematológico Wiener Lab Counter
Modelo: Counter 19 **Marca/Fabricante:** Wiener Laboratórios S.A.I.C.
Procedência: Argentina **Nº do Registro no M.S.:** 10268590240
Código Alfandegário: 9027.50.10

A presente Proposta Escrita é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.


O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

O prazo de entrega: 30 (trinta dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

O local de entrega: Rua Raimundo Nonato de Lóiola, 445 Centro – Forquilha/CE.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Data: 14.04.2023



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 3

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca DYMIND

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 50.000,00

ICMS Impostos


IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	50.000,000000	50.000,000000	DYMIND

SCREEN	SCREEN
COLORIDA,	COLORIDA,
CONEXÃO UBS,	CONEXÃO UBS,
IMPRESSORA	IMPRESSORA
TÉRMICA	TÉRMICA
INTEGRADA,	INTEGRADA,
UTILIZA 03 TRÊS	UTILIZA 03 TRÊS
REAGENTES NO	REAGENTES NO
MÁXIMO, MÉTODO	MÁXIMO, MÉTODO
DE CONTAGEM	DE CONTAGEM
POR IMPEDÂNCIA	POR IMPEDÂNCIA
E FOTOMETRIA,	E FOTOMETRIA,
DIFER	DIFERENCIAL EM
	3 PARTES.



Valor Total do Lance Inicial	R\$ 50.000,00	Valor Total do Lance Final
	R\$ 50.000,00	

Especificação dos documentos anexados

-

No.	Descrição do documento
------------	-------------------------------

1	PROPOSTA DE PREÇOS.pdf
---	------------------------




Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 2023.03.29.001

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 2023.03.29.001, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de analisador hematológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>DH36</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>3-Partes Analisador de Hematologia Automático. Diferenciação de 3 partes, 21 parâmetros + 3 Histogramas para WBC, RBC e PLT. Apenas 9ul de volume de amostragem. Até 60 amostras por hora.</p> <p>PRINCÍPIOS</p> <ul style="list-style-type: none">Método de impedância para o teste de WBC, RBC e PLTMétodo livre de cianeto (HGB) <p>PARÂMETROS</p> <ul style="list-style-type: none">WBC, Lym%, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR <p>RENDIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none">Até 60 testes por hora <p>VOLUME DE AMOSTRA</p> <ul style="list-style-type: none">Volume mínimo 9 ul <p>REPETIBILIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">WBC:	01	UNID.	DYMIND	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

<ul style="list-style-type: none"> ○ ≤2.0% (7.0-15,0×10⁹/L) ○ ≤3.5% (4.0-6.9×10⁹/L) • RBC <ul style="list-style-type: none"> ○ ≤1.5% (3.50-6.50×10¹²/L) • HGB <ul style="list-style-type: none"> ○ ≤1.5% (100-180g/L) • MCV <ul style="list-style-type: none"> ○ ≤0.5% (70.0-110.0fL) • PLT <ul style="list-style-type: none"> ○ ≤4.0% (150-500×10⁹/L) ○ ≤5.0% (100-149×10⁹/L) <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Até 50.000 registros <p>VISOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tela de toque TFT de 10,4 polegadas <p>DIMENSÃO E PESO</p> <p>364mm(L) x 477mm(a) x 417mm(P)</p> <p>Peso: 26kg</p> <p>MARCA: DYMIND</p> <p>FABRICANTE: SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80102512058</p>				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.




Clássico ao Alcance



DH36

3-Partes Analisador de Hematologia Automático




Excelente Gestão de Dados

50.000 registos com 3 histogramas
LIS bidirecional com porta LAN



Espaço de armazenamento

Pequeno tamanho
Posição de teste embutida



Saída/entrada conveniente

Impressora interna e externa
4 portas USB para dispositivos externos

Parâmetros

21 parâmetros reportáveis: WBC, Gran#, Lym#, Mid#, Gran%, Lym%, Mid%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
3 histogramas para WBC, RBC e PLT

Princípios

Método de impedância para o teste de WBC, RBC e PLT
Colorimetria sem cianeto para teste HGB

Repetibilidade

WBC: $\leq 2.0\%$ ($7.0-15.0 \times 10^9/L$)
 $\leq 3.5\%$ ($4.0-6.9 \times 10^9/L$)
 RBC: $\leq 1.5\%$ ($3.50-6.50 \times 10^{12}/L$)
 HGB: $\leq 1.5\%$ (100-180g/L)
 MCV: $\leq 0.5\%$ (70.0-110.0fL)
 PLT: $\leq 4.0\%$ ($150-500 \times 10^9/L$)
 $\leq 5.0\%$ ($100-149 \times 10^9/L$)

Visor

Tela de toque TFT de 10,4 polegadas

Dimensão

364mm(L) * 477mm(A) * 417mm(P)

Rendimento

Até 60 testes por hora

Volume da amostra

9µL

Armazenamento

Até 50.000 registos

Faixa de Linearidade

WBC: 0.00-300 $\times 10^9/L$
 RBC: 0.00-8.50 $\times 10^{12}/L$
 HGB: 0-250g/L
 PLT: 0-3000 $\times 10^9/L$
 HCT: 0.0-67%

Peso líquido

26kg

Requisito de energia

100V-240V~, 50/60Hz



10^o Andar, Edifício B, High-tech Park, Estrada Guangqiao, Comunidade Tianliao, Rua Yutang, Distrito de Guangming, Shenzhen 518107, P. R. China

+86-755-26008015
www.dymind.com

+86-755-26008015
intl@dymind.com



© 2015 Dymind. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações confidenciais e não deve ser distribuído sem a permissão escrita da Dymind. A Dymind não se responsabiliza por danos materiais ou danos pessoais decorrentes do uso deste documento. Para mais informações, consulte o manual de instruções do produto.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	04.718.143/0001-94	Autorização	8.01.025-1
Produto	FAMÍLIA DE ANALISADORES DE HEMATOLOGIA DYMIND		

Apresentação/Modelo
DH31 - DH31
DH33 - DH33
DH36 - DH36

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU_80102512058_DH33 DH36 (2).pdf	4231426/20-1 - 30/11/2020 - 06:41
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU_80102512058_DH31.pdf	4231426/20-1 - 30/11/2020 - 06:41

Nome Técnico	Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas
Registro	80102512058
Processo	25351.138235/2018-51
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SHENZHEN DYMIND BIOTECHNOLOGY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para PDF](#)
[Voltar](#)



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 4

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca SALLUS

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 54.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	54.000,000000	54.000,000000	SALLUS

SCREEN	SCREEN
COLORIDA,	COLORIDA,
CONEXÃO UBS,	CONEXÃO UBS,
IMPRESSORA	IMPRESSORA
TÉRMICA	TÉRMICA
INTEGRADA,	INTEGRADA,
UTILIZA 03 TRÊS	UTILIZA 03 TRÊS
REAGENTES NO	REAGENTES NO
MÁXIMO, MÉTODO	MÁXIMO, MÉTODO
DE CONTAGEM	DE CONTAGEM
POR IMPEDÂNCIA	POR IMPEDÂNCIA
E FOTOMETRIA,	E FOTOMETRIA,
DIFER	DIFERENCIAL EM
	3 PARTES.



Valor Total do Lance Inicial	R\$ 54.000,00	Valor Total do Lance Final
	R\$ 54.000,00	

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA TÉCNICA + FOLDER + RMS.pdf	DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Forquilha, 14 de abril de 2023.

**À
Prefeitura Municipal de Forquilha
Comissão Permanente de Licitação
Forquilha/CE**

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de analisador hematológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições prevista neste edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>ANALISADOR HEMATOLÓGICO – 3 PARTES Marca: SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Modelo: HMG 31 Fabricante: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTD Procedência: China RMS.: 81797610003 GARANTIA: 12 (doze) meses. Leucócitos em 3 partes 21 parâmetros 60 testes por hora Baixo consumo de reagentes 3 reagentes apenas.</p> <p>Parâmetros: WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRA#, GRA%, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-SD, RDW-CV, PLT, VPM, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. Metodologia: Colorimetria - Impedância elétrica Volume de amostra: Sangue total: 9,8 µl (CBC+DIFF) - Pré-diluído: 20 µl</p> <p>Especificações Técnicas: Memória: 50.000 resultados com números e gráficos – indeterminado quando salvo em USB; Display: Display 10,4" LCD colorido; Interface: Serial, RS-232 , LAN e USB; Software: Português e Inglês; Operação: Temperatura: 10 - 30°C - Umidade: <85; Energia: 100V-240V, 50Hz/60Hz,400VA; Dimensões: 436mm x 363mm x 367mm; Peso: 18 Kg.</p>	<p>Marca: SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE Modelo: HMG 31 Fabricante: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTD Procedência: China RMS.: 81797610003</p>	UNIDADE	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 54.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)

Considerações Gerais e Declarações

Validade da Proposta: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.;

Prazo de entrega: Entregar os produtos diretamente no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Forquilha, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificações constantes da proposta apresentada.

Local de Entrega: O local de entrega dos produtos é no Almoxarifado Central – Endereço Rua Raimundo Nonato de Loiola, 445 – Centro – Forquilha/CE, de segunda a quinta-feira das 08:00hs às 14:00hs e 14:00hs às 18:00hs e na sexta-feira das 08:00hs às 12:00hs, e em dias úteis.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Forquilha.


Vigência contratual: O prazo de vigência da ATA de Registro de Preços será 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

Garantia para equipamentos: 12 (doze) meses;

DECLARAÇÕES:


- Declaramos que o(s) produto(s) atende(m) a todas as especificações constantes no Termo de Referência deste Edital;
- Declaramos cumprir o fornecimento dos itens vencidos no valor final proposto pela empresa, sendo os valores constantes na ata de registro de preço;
- Declaramos que os preços contratados serão fixos e irrevogáveis no prazo de um ano;
- Declaramos expressamente que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais e produtos;
- Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus Anexos.
- Declaramos sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que somos MICROEMPRESA, conforme inciso I, artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Forquilha, 14 de abril de 2023.



QUALLYX
SAÚDE


179



HMG 31

Analizador
Hematológico
3 partes





180
SAÚDE

HMG 31

Analizador Hematológico 3 partes

Parâmetros:

WBC, LYM#, LYM%, MID#, MID%, GRA#, GRA%,
RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW-SD,
RDW-CV, PLT, VPM, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC.

Metodologia

- Colorimetria
- Impedância elétrica


Volume de amostra:

Sangue total: 9,8 µl (CBC+DIFF)

Pré-diluído: 20 µl

Velocidade:


60 amostras / hora



Especificações Técnicas:

Memória	50.000 resultados com números e gráficos
Display	Display 10,4" LCD colorido
Interface	Serial, RS-232, LAN e USB.
Software	Português e Inglês.
Operação	Temperatura: 10 - 30°C Umidade: <85%
Energia	100V-240V, 50Hz/60Hz, 400VA
Dimensões	436mm x 363mm x 367mm
Peso	18 Kg

Distribuído por:



(11) 3900 1032
vendas@quallyx.com.br

Av. Albino Alves Garcia, 581 - Centro
CEP 18.960-000 - Bernardino de Campos - SP quallyx.com.br



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
CNPJ	27.983.599/0001-87	Autorização	8.17.976-1
Produto	Analisador Automático de Hematologia HMG 31		

Apresentação/Modelo

1 instrumento

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário_Analisador Automático de Hematologia HMG 31.pdf	0028048/22-9 - 03/01/2022 - 08:41

Nome Técnico	Instrumento para análise ou contagem de células e plaquetas
Registro	81797610003
Processo	25351.008864/2021-53
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: RAYTO LIFE AND ANALYTICAL SCIENCES CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

ZYBIO - Z3

Especificação do Produto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta

04/04/2023

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 56.000,00

ICMS


Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	56.000,000000	56.000,000000	ZYBIO - Z3



SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFER	SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.
--	--

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 56.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 56.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

FICHA TECNICA.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

2

Folder-Zybio-Z3-online.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

3

INSCRICAO ANVISA Z3 + DOU.pdf

[↓ DOWNLOAD](#)

Declaracao de atendimento às condições do Edital


-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Qtd Unid	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	<p>OFERTAMOS:</p> <p>ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA – 3 partes Diff de última geração.</p> <p><u>PARÂMETROS:</u> Análise de 21 parâmetros – sendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contagem total de Leucócitos (células brancas) - (WBC - GB), 2. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos – (RBC - GV), 3. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) – (HGB concentração) 4. Determinação hematócrito (HCT), 5. Determinação de volume corpuscular médio - tamanho das células - (MCV - VCM), 6. Determinação da hemoglobina Corpuscular média (MCH - HCM), 7. Determinação concentração da hemoglobina corpuscular média – concentr. Hemoglob.hemácias - (MCHC - CHCM), 8. Determinação do índice de Anisocitose - (RDW-SD), 9. Contagem total de plaquetas (PLT) 10. Contagem total de plaquetócitos - (PCT), 11. Determinação do volume plaquetário médio - (MPV - VPM), 12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas - (PDW - ADP), 13. Contagem de linfócitos (valor absoluto) – (LYM#) 14. Porcentagem de linfócitos (valor relativo) – (LYM% - LYMPH) 15. Coeficiente de variação de amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos - (RDW-CV - ADVGVC) 16. Taxa de células grandes e plaquetas - (P-LCR) 17. Contagem de células grandes - (P- LCC) 18. Contagem de células de tamanho médio (eosinófilo, basófilo, monócito)- (MID# - Nº MÉD) 19. Porcentagem de células de tamanho médio – (MID% - % MÉD) 20. Contagem total de granulócitos (neutrófilos) – (GRAN# - Nº GRAN) 21. Porcentagem de granulócitos – (GRAN% - %GRAN) <p><u>VELOCIDADE:</u> Capacidade de 70 amostras/hora.</p> <p><u>AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO:</u> Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído, com diluição automática integrada. Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis.</p> <p><u>ASPIRAÇÃO/AMOSTRA:</u> Análise de amostras em tubos abertos com aspiração já a partir de 10µl de amostra.</p> <p><u>REAGENTES:</u> Apenas 2 reagentes com sensor de nível.</p>	01 und	ZYBIO Modelo: Z3	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00

<p>SISTEMA/MÉTODOS: Impedância e Colorimetria para dosagem de hemoglobina. Reagente sem cianeto para medição de HGB</p> <p>LIMPEZA: Limpeza automática – interna e externa da agulha de aspiração - remoção de obstrução.</p> <p>CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual.</p> <p>HISTOGRAMAS: 3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)</p> <p>ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes com alertas para valores anormais ou referência e para falhas de contagem - nas séries vermelha e branca e, também de plaquetas, com função de recontagem;</p> <p>IMPRESSORA: Acompanha impressora para resultados e de 3 histogramas: série vermelha, série branca e plaquetas;</p> <p>PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB, 1 porta LAN-Ethernet e RS232, permitindo Interface, incluindo gráficos e matriz.</p> <p>MONITOR: Tela Touchscreen 10.4"</p> <p>LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor de código de barras.</p> <p>MEMÓRIA: Capacidade para 50.000 resultados de pacientes, incluindo histogramas e calibração para mais de 200 arquivos de controle de qualidade. Levey-Jennings, X-B, X-R.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.</p> <p>Estrutura 100% aço inoxidável.</p> <p>Marca: ZYBIO - Modelo: Z-3 - Fabricante: Zybio Incorporation. Garantia de 12 meses; Registro ANVISA/MS: 80258020094</p>				
--	--	--	--	--

Total da Proposta = R\$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais)

PRAZOS:

PAGAMENTO: Até 30 Dias após entrega definitiva.
ENTREGA: Até 30 dias úteis após recebimento da **ORDEM DE FORNECIMENTO**.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação.

DECLARAÇÕES:

- a) Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

04 de abril de 2023



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 2

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca PROKAN

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 10/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 56.000,00

ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	56.000,000000	56.000,000000	PROKAN



SCREEN	SCREEN
COLORIDA,	COLORIDA,
CONEXÃO UBS,	CONEXÃO UBS,
IMPRESSORA	IMPRESSORA
TÉRMICA	TÉRMICA
INTEGRADA,	INTEGRADA,
UTILIZA 03 TRÊS	UTILIZA 03 TRÊS
REAGENTES NO	REAGENTES NO
MÁXIMO, MÉTODO	MÁXIMO, MÉTODO
DE CONTAGEM	DE CONTAGEM
POR IMPEDÂNCIA	POR IMPEDÂNCIA
E FOTOMETRIA,	E FOTOMETRIA,
DIFER	DIFERENCIAL EM
	3 PARTES.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 56.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 56.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

Analizador Hematologico - PE6100.pdf

DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.


Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.


PE-6100

**ANALISADOR HEMATOLÓGICO
3 PARTES - 23 PARÂMETROS**



Especificações

Sistema	Linux, teclado USB e mouse
Parâmetros	Diferencial em 3 partes WBC, 23 parâmetros
Consumo	Venoso 9.6uL, Capilar 9.6uL, Pré-Diluído 20uL
Princípio	Impedância elétrica e método SFT
Linguagem	Multi-Idomas (incluindo Português)
Performance	Mais de 60 amostras por hora
Armazenamento	50.000 resultados exportados e salvos em backup
Modo QC	L-J, SD, CV, histograma QC
Desempenho	Repetibilidade parâmetros
	WBC $\leq 2.5\%$
	RBC $\leq 2.0\%$
	HGB $\leq 1.5\%$
	MCV $\leq 0.4\%$
	PLT $\leq 5.0\%$
Display	8 pol. LCD, resolução 800 x 600
Conexões	RS232 x 2, 1 porta paralela (impressora opcional)
Alimentação	AC100-240V 50/60Hz
Cond. Trab.	Temperatura 15°C - 30°C / Umidade 30-85%
Dimensões	390(L) x 460(A) x 400(P) mm
Peso	21 kgs



PE-6100





**QUALIDADE
GARANTIDA**

AmaMedical
SOLUÇÕES EM SAÚDE

AmaMedical Soluções em Saúde EIRELI
Av. Hilário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar - Osasco - SP
Tel: (11) 4384-2494 / vendas@amamedical.com.br
www.amamedical.com.br

PE-6100 PROKAN

TECNOLOGIA AVANÇADA



O Analisador de Hematologia PE-6100 é ideal para os laboratórios que buscam precisão e confiabilidade. Equipamento de fácil operação, com display touch screen, processa 60 amostras/hora, 23 parâmetros e contagem diferencial em 3 partes para leucócitos.

- Alerta em tempo real para resultados anormais
- Fácil de pesquisar e editar informações de pacientes
- Tutorial para ajudar na utilização

Tecnologia de análise precisa com baixo consumo de amostras



- Sonda de amostragem ajustável
- Sensor líquido para alarme de baixo reagente
- Livre de Cianeto - Lyse
- Modo de Calibração automático e manual

Amamedical Soluções em Saúde EIRELI
Av. Hílário Pereira de Souza, 406 - T2, 28º andar
Osasco - SP, Tel.: (11) 4384-2494
e-mail: vendas@amamedical.com.br
www.amamedical.com.br

WBC

Lymph#

Mid#

Gran#

Lymph%

Mic%

Gran%

RBC

HGB

HCT

MCV

MCH

MOHC

RDW-CV

RDW-SD

PLT

MPV

PDW

PCT

P-LCR

PLW



EIRELI

Soluções em Saúde

Amamedical

89

11 4384-2494

www.amamedical.com.br



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 5

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca MEDMAX / MAXCELL300BR

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 56.166,00


ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	56.166,000000	56.166,000000	MEDMAX / MAXCELL300BR



SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFER	SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.
---	---

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 56.166,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 56.166,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	FICHA TECNICA DESCRITIVA.pdf	↓ DOWNLOAD
2	CATÁLOGO MAXCELL 300 BR.pdf	↓ DOWNLOAD
3	ANVISA - MAXCELL 300 BR.pdf	↓ DOWNLOAD
4	MANUAL - MAXCEL 300 BR.PDF	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



AOS, 14 de ABRIL de 2023

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

ESTADO DO CEARA

Secretária Municipal de Administração

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.03.29.001

FICHA TECNICA DESCRITIVA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
01	01	ANALIZADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARAMETROS, TELA TOUCH SCREEN COLORIDA, CONEXÃO USB, IMPRESSORA TÉRMICA INTERGRADA, UTILIZA 03 TRES REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDANCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.	MEDMAX / MAXCELL300BR	56166,00	56.166,00
VALOR TOTAL R\$ 56.166,00 CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS				VLR TOTAL	56.166,00


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Procedente: Nacional



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 8

Editais 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Vida Modelo Count 380

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 56.166,67


ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	56.166,670000	56.166,670000	Vida Modelo Count 380



SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFER	SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.
--	--

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 56.166,67

Valor Total do Lance Final

R\$ 56.166,67

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

FICHA_TECNICA.pdf

↓ DOWNLOAD

2

Anvisa VIDA COUNT 380.pdf

↓ DOWNLOAD

3

VIDACOUNT 380.pdf

↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

À
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001
DATA DE ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2023 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAIS	EXTENSO TOTAIS
1	ANALISADOR HEMATOLOGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH SCREEN COLORIDA, CONEXÃO USB, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.	UNIDADE	1	Vida Modelo Count 380	R\$ 56.166,67	cinquenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 56.166,67	cinquenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos
							R\$ 56.166,67	


VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	56.166,67
cinquenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXCLUSÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

14 DE ABRIL DE 2023.



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 9

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca MEDMAX

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 14/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 56.166,67


ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	56.166,670000	56.166,670000	MEDMAX



SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFER	SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.
--	--

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 56.166,67

Valor Total do Lance Final

R\$ 56.166,67

Especificação dos documentos anexados

-

No.	Descrição do documento
1	FICHA TÉCNICA.pdf



Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



**ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 2023.03.29.001**

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de analisador hematológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01


ITEM	MARCA/ FABRICA NTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	MEDMAX	ANALISADOR HEMATOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH SCREEN COLORIDA, CONEXÃO (UND 1 UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRÊS REAGENTES NO MÁXIMO, METODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.	UND	1	56.166,67	56.166,67
VALOR TOTAL - R\$						56.166,67

VALOR TOTAL: R\$ 56.166,67 (CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

14 de Abril de 2023



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 7

Edital 2023.03.29.001 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE do Órgão Promotor Forquilha/CE -

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca WIENER

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHACE

Data

Prazo de validade da proposta 13/04/2023

Valor da Proposta 60 dias

Impostos R\$ 60.000,00


ICMS Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas -

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	ANALISADOR HEMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARÂMETROS, TELA TOUCH	1,00	Unidade	Unitário	60.000,000000	60.000,000000	WIENER



SCREEN	SCREEN
COLORIDA,	COLORIDA,
CONEXÃO UBS,	CONEXÃO UBS,
IMPRESSORA	IMPRESSORA
TÉRMICA	TÉRMICA
INTEGRADA,	INTEGRADA,
UTILIZA 03 TRÊS	UTILIZA 03 TRÊS
REAGENTES NO	REAGENTES NO
MÁXIMO, MÉTODO	MÁXIMO, MÉTODO
DE CONTAGEM	DE CONTAGEM
POR IMPEDÂNCIA	POR IMPEDÂNCIA
E FOTOMETRIA,	E FOTOMETRIA,
DIFER	DIFERENCIAL EM
	3 PARTES.

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 60.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 60.000,00

Especificação dos documentos anexados

-

No.

Descrição do documento

1

PROPOSTA DE PREÇOS.pdf

✓ BOMILDRAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FORQUILHA/CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.03.29.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual aquisição de analisador hematológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANALISADOR HEMATOLOGICO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO 3 PARTES, 60 AMOSTRAS POR HORA, 18 PARAMETROS, TELA TOUCH SCREEN COLORIDA, CONEXÃO UBS, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA, UTILIZA 03 TRES REAGENTES NO MÁXIMO, MÉTODO DE CONTAGEM POR IMPEDÂNCIA E FOTOMETRIA, DIFERENCIAL EM 3 PARTES.	UND	1	WIENER	R\$ 60.000,00 sessenta mil reais	R\$ 60.000,00 sessenta mil reais
VALOR TOTAL						R\$60.000,00
sessenta mil reais						

Valor total da proposta: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

DATA E HORA DA ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2023 ÀS 08:30 HORAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS (EM DIAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL)

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL



DECLARAÇÃO QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO/SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO.
DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

